

CROS R S 7

Gebruiksaanwijzing

AS

Inhoudsopgave

Welkom	4
<hr/>	
Uw CROS-zender	5
Componenten en benamingen	7
Bedieningsregelaars	9
Luisterprogramma's	10
Signaaltonen	10
Batterijen	11
<hr/>	
Batterijformaat en hanteertips	11
Batterijen vervangen	12
Dagelijks gebruik	14
<hr/>	
In- en uitschakelen	14
Overschakelen naar standby-stand	15
De zender indoen en uitdoen	16
Het kiezen van een luisterprogramma	21
Bluetooth	21
Onderhoud en verzorging	22
<hr/>	
Zender	22
Oorstukjes	23
Professioneel onderhoud	25

Meer informatie	26
Accessoires	26
Verklaring van symbolen	26
Problemen oplossen	27
Conformiteitsinformatie	28
Specifieke nationale informatie	30
Belangrijke veiligheidsinformatie	31
Persoonlijke veiligheid	31
Productveiligheid	35
Service en garantie	39

Welkom

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een van onze hoortoestelaccessoires.

Deze handleiding zal u samen met de ondersteuning van uw audicien helpen om meer te weten te komen over de voordelen en de betere levenskwaliteit die dit accessoire zal bieden.



VOORZICHTIG

Lees deze gebruikershandleiding grondig en volledig door. Volg de veiligheidsinformatie om schade of letsel te vermijden.


Het is ook belangrijk dat u de gebruiksaanwijzing en veiligheidshandleiding leest en naleeft voor het hoortoestel dat u met dit accessoire gebruikt.

Uw CROS-zender

CROS-oplossingen zijn ontworpen voor personen met ernstig gehoorverlies in een oor waarbij een hoortoestel geen oplossing biedt. Een CROS-zender die op dit oor wordt gedragen legt geluid van deze zijde vast en brengt dit over naar het hoortoestel op het andere oor. Daardoor kan de drager van het hoortoestel geluiden van beide zijdes horen.

CROS-zender

hoortoestel



Er zijn twee oplossingen beschikbaar:

- CROS-oplossing:

Voor personen met normaal hoorvermogen in een oor en ernstig gehoorverlies in het andere oor. Geluiden van de zijde met gehoorverlies worden vastgelegd en draadloos overgebracht naar de zijde met goed hoorvermogen.

- BiCROS-oplossing:

Voor personen met ernstig gehoorverlies in een oor en minder ernstig gehoorverlies in het andere oor. Geluiden van de zijde met het meest ernstige gehoorverlies worden vastgelegd en draadloos overgebracht naar de zijde met beter hoorvermogen. Het hoortoestel verwerkt en versterkt geluiden vanuit beide zijden.


De CROS-zender wordt ondersteund door onze specifieke draadloze hoortoestellen. Uw audicien zal u meer informatie geven over de compatibele modellen.



AANWIJZING

Deze gebruiksaanwijzing is alleen van toepassing op de CROS-zender. Uw hoortoestel heeft een afzonderlijke gebruiksaanwijzing.


Componenten en benamingen





-
- | | |
|-------------------------|---|
| ① Oorstukje | ⑤ Tuimelschakelaar
(bedieningsregelaar) |
| ② Luidspreker | |
| ③ Luidsprekerverbinding | ⑥ Zijde-indicatie
(rood = rechter oor,
blauw = linker oor)
en verbinding met de
luidspreker |
| ④ Microfoonopeningen | |
| | ⑦ Batterijlade
(aan-/uit-schakelaar) |
-

U kunt de volgende standaard oorstukjes gebruiken:

Standaard oorstukjes	Formaat
-----------------------------	----------------

<input type="radio"/>		Sleeve 3.0, Vented, Closed, Power
-----------------------	---	--------------------------------------

<input type="radio"/>		Eartip 3.0 Open
-----------------------	---	-----------------

<input type="radio"/>		Eartip 3.0 Tulip
-----------------------	---	------------------

De standaard oorstukjes kunnen gemakkelijk vervangen worden. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Op maat gemaakte oorstukjes

<input type="radio"/>		Earmold 3.0
-----------------------	---	-------------

Bedieningsregelaars

Met de tuimelschakelaar kunt u bijvoorbeeld een ander luisterprogramma kiezen. De audicien heeft de door u gewenste functies geprogrammeerd in de tuimelschakelaar.

Functie tuimelschakelaar	L	R
Kort indrukken:		
Programma omhoog/omlaag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume harder/zachter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CROS-niveau omhoog/omlaag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ongeveer 2 seconden indrukken:		
Programma omhoog/omlaag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume harder/zachter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CROS-niveau omhoog/omlaag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Langer dan 3 seconden indrukken:		
Stand-by/inschakelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = Left (Links), R = Right (Rechts)



U kunt ook een afstandsbediening gebruiken om luisterprogramma's te kiezen en het volume van uw hoortoestellen aan te passen. Met onze smartphone-app beschikt u over nog meer bedieningsmogelijkheden.

Luisterprogramma's

1

2

3

4

5

6

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Het kiezen van een luisterprogramma".

Signaaltonen

Signaaltonen van de CROS-zender, zoals een piep als de batterij opraakt, worden naar het hoortoestel gestuurd.

Vraag uw audicien om de signaaltonen te configureren.

Batterijen

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt het geluid zwakker en/of hoort u een waarschuwingssignaal. Het type batterij zal bepalen wanneer u de batterij dient te vervangen.

Batterijformaat en hanteertips

Vraag uw audicien naar de aanbevolen batterijen.

Batterijformaat:	312
------------------	-----

- Gebruik altijd het juiste batterijformaat voor uw toestel.
- Verwijder de batterijen als u het toestel enkele dagen niet wilt gebruiken.
- Draag steeds reservebatterijen bij u.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk en volg uw plaatselijk regelgeving met betrekking tot het verwijderen van batterijen.


Batterijen vervangen

De batterij verwijderen:

- ▶ Open de batterijlade.



- ▶ Gebruik de magneetstick om de batterij te verwijderen. De magneetstick is verkrijgbaar als accessoire.



De batterij plaatsen:

- ▶ Als de batterij een beschermende folie heeft, dient u deze pas te verwijderen wanneer u klaar bent om de batterij te gebruiken.



- ▶ Plaats de batterij met het symbool "+" omhoog in de batterijklep (zie afbeelding).



Opmerking: Plaats de batterij niet rechtstreeks in de behuizing.

- ▶ Sluit de batterijlade voorzichtig. Als u een weerstand voelt, is de batterij niet goed geplaatst.

Gebruik niet veel kracht bij het sluiten van de batterijlade. De lade zou beschadigd kunnen raken.

Dagelijks gebruik

In- en uitschakelen

U kunt uw toestel in- of uitschakelen met behulp van de batterijlade:

- ▶ Inschakelen: Sluit de batterijlade.
Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.
- ▶ Uitschakelen: Open de batterijlade tot de eerste stop.

Overschakelen naar standby-stand

Om uw toestel in de stand-bystand te zetten, hebt u de volgende opties:

- via de afstandsbediening of de smartphone app
- via de tuimelschakelaar.

In- of uitschakelen:

Druk de tuimelschakelaar in en houd deze enkele seconden ingedrukt. Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om de tuimelschakelaar in te stellen.

In de stand-bystand is het volume van het toestel gedempt. Wanneer u de stand-bystand verlaat, worden het **laatst** gebruikte volume en luisterprogramma ingesteld.

Opmerking:

- In de stand-bystand is het toestel niet volledig uitgeschakeld. Het toestel verbruikt nog een beetje stroom. Daarom bevelen we aan om de stand-bystand alleen voor korte tijd te gebruiken.
- Als u de stand-bystand wilt verlaten terwijl u de afstandsbediening of de app niet bij de hand hebt, kunt u uw toestel uit- en weer inschakelen (door de batterijlade te openen en te sluiten). In dit geval worden het **standaard** volume en luisterprogramma ingesteld.

De zender indoen en uitdoen

Kleurmarkeringen geven de zijde aan:

- rode markering = rechter oor
- blauwe markering = linker oor




Indoen:


- ▶ Zorg er bij Sleeves voor dat de bocht van de Sleeve is uitgelijnd met de bocht van de luidsprekerverbinding.

Zie de afbeeldingen hieronder.

Juist:



Niet juist:




- ▶ Houd de luidsprekerverbinding vast aan de bocht die zich het dichtst bij het oorstukje bevindt.

- ▶ Duw het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang ①.

- ▶ Draai het hoortoestel lichtjes tot het goed zit.

Open en sluit uw mond om te voorkomen dat er zich lucht in de gehoorgang ophoopt.

- ▶ Til het toestel omhoog en schuif het over de bovenzijde van uw oor ②.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Draag de luidsprekerverbinding altijd met een oorstukje.
- ▶ Let erop dat het oorstukje volledig bevestigd is.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Plaats het oorstukje voorzichtig en niet te diep in het oor.



- Het kan handig zijn om het **rechter** hoortoestel met de **rechter** hand en het **linker** hoortoestel met de **linker** hand in te doen.
- Als u problemen hebt met het inbrengen van het oorstukje, gebruikt u de andere hand om uw oorlel voorzichtig omlaag te trekken. Hierdoor gaat de gehoorgang open en kan het oorstukje gemakkelijker worden ingebracht.

De optionele ConchaLock zorgt ervoor dat het oorstukje veilig in uw oor blijft zitten. Om de optionele ConchaLock te bevestigen:

- ▶ Lijn het uiteinde van de ConchaLock uit met het platte uiteinde van de luidspreker.



- ▶ Druk vervolgens de ConchaLock richting de luidspreker totdat deze vastklikt.




Om de ConchaLock te plaatsen:

- ▶ Buig de ConchaLock en plaats deze zorgvuldig in het dieper gelegen deel van uw oor (zie afbeelding).



Uitdoen:

- ▶ Til het toestel omhoog en schuif het over de bovenzijde van uw oor ①.
- ▶ Als uw toestel is voorzien van een op maat gemaakt oorstukje, verwijdert u deze door het kleine koord naar de achterzijde van uw hoofd te trekken.
- ▶ Voor alle andere oorstukjes: Pak de luidspreker in de gehoorgang vast met twee vingers en trek de luidspreker voorzichtig uit het oor ②.



Trek niet aan de luidsprekerverbinding.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ In zeer zelden voorkomende gevallen kan het oorstukje in uw gehoorgang achterblijven wanneer u het toestel uitneemt. Als dit gebeurt, laat het oorgedeelte dan verwijderen door een medisch specialist.

Reinig en droog uw toestel na gebruik. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Het kiezen van een luisterprogramma

Afhankelijk van de luistersituatie past uw toestel het geluid automatisch aan.

Uw toestel heeft mogelijk ook een aantal luisterprogramma's waarmee u het geluid, indien nodig, kunt wijzigen. Een optionele signaaltoon kan de programmawijziging aangeven.

- ▶ Druk kort op de tuimelschakelaar om van hoorprogramma te wisselen.

Zie het hoofdstuk "Bedieningsknoppen" om de tuimelschakelaar in te stellen. Zie het hoofdstuk "Luisterprogramma's" voor een lijst van uw luisterprogramma's.

Het standaard volume wordt toegepast.

Bluetooth

Uw toestel is uitgerust met Bluetooth®* draadloze technologie.

In een vliegtuig kan het gebruik van Bluetooth functionaliteit worden beperkt, vooral tijdens het opstijgen en landen. Als dit het geval is, kunt u Bluetooth draadloze technologie in uw toestel uitschakelen via de smartphone-app.

* De Bluetooth markering en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door WS Audiology Denmark A/S van dit product gebeurt onder licenties. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

Onderhoud en verzorging

Om schade te voorkomen, is het belangrijk dat u uw toestel verzorgt en dat u een aantal basisregels volgt. Deze zullen snel deel gaan uitmaken van uw dagelijkse routine.

Zender

Drogen en bewaren

- ▶ Laat uw toestel 's nachts drogen.
- ▶ Wanneer u uw hoortoestel langere tijd niet gebruikt, bewaart u het met open batterijlade en verwijderde batterijen in een droge omgeving.
- ▶ Neem contact op met uw audicien voor meer informatie.

Reinigen

Uw apparaat heeft een beschermende coating. Als het echter niet regelmatig wordt gereinigd, kan het apparaat beschadigd raken of kan het persoonlijk letsel veroorzaken.

- ▶ Reinig uw toestel dagelijks met een zachte, droge doek.
- ▶ Gebruik nooit stromend water en dompel het toestel nooit onder in water.
- ▶ Oefen nooit druk uit tijdens het reinigen.
- ▶ Informeer bij uw audicien naar aanbevolen reinigingsprocedures, speciale verzorgingssets en verdere informatie over hoe u uw apparaat in een optimale toestand kunt houden.



Oorstukjes


Reinigen

Cerumen (oorsmeer) kan zich opstapelen op de oorstukjes. Reinig het oorstukje dagelijks.

Voor alle type oorstukjes:

- ▶ Reinig het oorstukje onmiddellijk na verwijdering met een zachte, droge doek.

Dit voorkomt dat oorsmeer droog en hard wordt.




AANWIJZING

- ▶ Recycle hoortoestellen, accessoires en de verpakking volgens de lokale voorschriften.


Vervangen

Vervang standaard oorstukjes ongeveer elke drie maanden. Vervang ze eerder als u scheurtjes of andere wijzigingen opmerkt. De procedure voor het vervangen van standaard oorstukjes is afhankelijk van het type oorstukje. In hoofdstuk "Componenten en benamingen", heeft uw audicien uw type oorstukje aangeduid.

- ▶ Om een oude oordop of Sleeve te verwijderen, volgt u de onderstaande afbeelding. Zorg ervoor dat u niet aan de luidsprekerverbinding trekt.



- ▶ Let erop dat de nieuwe oordop of Sleeve de retentieringen van de luidspreker volledig bedekt.
- ▶ Controleer of de nieuwe oordop of Sleeve stevig vastzit.



Professioneel onderhoud

Uw audicien kan uw hoortoestellen grondig reinigen en onderhouden.

Op maat gemaakte oorstukjes en cerumenfilters moeten door uw audicien worden vervangen.

Vraag uw audicien naar uw individuele onderhoudstermijnen en ondersteuning.

Meer informatie

Accessoires

U kunt de smartphone app gebruiken voor een comfortabele bediening op afstand van uw toestel. Verder kunt u de app gebruiken om signaaltonen te deactiveren, individuele geluidsprofielen te creëren en nog veel meer.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

Verklaring van symbolen

In onze documenten gebruikte symbolen



Duidt op een situatie die tot ernstige, middelzware of lichte letsels kan leiden.



Maakt u attent op mogelijke materiële schade.



Advies en tips over hoe u beter kunt omgaan met uw toestel.



CE-conformiteitslabel, bevestigt de conformiteit met bepaalde Europese Richtlijnen, zie het hoofdstuk "Conformiteitsinformatie".



Geeft de wettelijke fabrikant van het apparaat aan.



AANWIJZING

Recycle hoortoestellen, accessoires en de verpakking volgens de lokale voorschriften.



AANWIJZING

- ▶ Vermijd milieuvervuiling, gooi geen batterijen bij het huishoudelijk afval.
- ▶ Recycle batterijen of verwerk ze volgens de landelijke voorschriften of breng ze terug bij uw audicien.

Problemen oplossen

Problemen en mogelijke oplossingen

Het hoortoestel geeft signaaltonen af.

- Laad het toestel op.
 - Zie de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel.
-

Het toestel werkt niet.

- Schakel het toestel in.
 - Laad het toestel op. Let ook op de status-LED's op de oplader.
-


Neem contact op met uw audicien als u verdere problemen ondervindt.

Conformiteitsinformatie

De CE-markering geeft conformiteit met de volgende Europese richtlijnen en voorschriften aan:

- 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.
- 2014/53/EU betreffende radioapparatuur.
- 2011/65/EU betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen.

De volledig tekst van de conformiteitsverklaring kan worden verkregen van www.wsaud.com.

De ACMA conformiteitsmarkering  geeft de conformiteit met de elektromagnetische interferentienormen aan, die opgesteld zijn door de Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Toestellen met de FCC-markering komen overeen met de normen van de FCC m.b.t. elektromagnetische interferentie.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan ISED's licentie-vrijstelling RSSs.

De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- dit apparaat moet bestand zijn tegen ontvangen interferentie, inclusief interferentie die tot een ongewenste werking kan leiden.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze grenzen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Als deze apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke interferentie veroorzaken bij radioverbindingen. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er in een bepaalde installatie geen interferentie kan optreden. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker verzocht om te proberen de interferentie te verhelpen via een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de luidspreker.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact binnen een ander circuit dan waarop de luidspreker is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/ tv-reparateur.

FCC waarschuwing: Wanneer wijzigingen of aanpassingen worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de partij die verantwoordelijk is voor deze overeenstemming, kan het recht van de gebruiker komen te vervallen om deze apparatuur te gebruiken.

Specifieke nationale informatie

VS en Canada

Informatie over certificering voor toestellen met draadloze functie:

CROS R S 7

- HVIN: RFM003
- Bevat FCC ID: 2AXDT-RFM003
- Bevat IC: 26428-RFM003

Belangrijke veiligheidsinformatie

Persoonlijke veiligheid

Dit toestel is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen met een verstandelijk niveau lager dan dat van een 3-jarige.



WAARSCHUWING

Risico van beïnvloeding van elektronische apparatuur!

- ▶ In omgevingen waar beperkingen gelden voor het gebruik van elektronica of draadloze apparatuur, dient u te verifiëren of uw apparaat uitgeschakeld moet worden.



WAARSCHUWING

Risico op letsel!

- ▶ Gebruik klaarblijkelijk beschadigde apparaten niet en breng ze terug naar het verkooppunt.



WAARSCHUWING

Houd er rekening mee dat alle onbevoegde veranderingen aan het product schade aan het product of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

- ▶ Alleen gebruik van goedgekeurde onderdelen en accessoires is toegestaan. Vraag uw audicien om hulp.



WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar!

Uw apparatuur bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

- ▶ Houd hoortoestellen, batterijen en accessoires buiten het bereik van kinderen en van mensen met een verstandelijke beperking.
- ▶ Raadpleeg, als onderdelen zijn ingeslikt, onmiddellijk een arts of ga naar een ziekenhuis.



WAARSCHUWING

Neem bij inslikken van de accu contact op met de Poisons Information Hotline via 13 11 26 in Australië en 0800 764 766 in Nieuw-Zeeland. Voor andere landen, neem contact op met het plaatselijke vergiftigingscentrum of de huisarts.



WAARSCHUWING

Uw toestel kan het volume van bepaalde achtergrondgeluiden verminderen, mogelijk ook verkeers- of waarschuwingssignalen.



WAARSCHUWING

Risico van explosie!

- ▶ Gebruik uw apparatuur niet in een omgeving waar explosiegevaar heerst (bijv. in de mijnbouw).

Contra-indicaties



WAARSCHUWING

Raadpleeg een audicien als u last heeft van ongebruikelijke bijwerkingen, zoals huidirritatie, overmatige ophoping van oorsmeer, duizeligheid, verandering in uw gehoor, of als u denkt dat er een vreemd voorwerp in uw gehoorgang zit.



WAARSCHUWING

Bent u bekend met een allergie, neem dan contact op met de hoortoestelfabrikant over de aanwezigheid van allergenen, voordat u het hoortoestel gebruikt. Ontstaat een allergische reactie na het dragen van het hoortoestel, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw huisarts.



WAARSCHUWING

Een audicien moet een toekomstige gebruiker van een toestel adviseren om een bevoegde arts te raadplegen voordat het toestel wordt gebruikt als de audicien heeft vastgesteld dat de toekomstige gebruiker een van de volgende aandoeningen heeft:

- ▶ Zichtbare erfelijke of traumatische vervorming van het oor.
- ▶ Eerder voorkomend loopoor in de voorafgaande 90 dagen.
- ▶ Eerder voorkomend of snel progressief gehoorverlies in de voorafgaande 90 dagen.
- ▶ Acute of chronische duizeligheid.
- ▶ Enkelzijdig gehoorverlies of plotseling of recent ontstaan hiervan in de voorafgaande 90 dagen.
- ▶ Audiometrische air-bone gap gelijk aan of groter dan 15 dB bij 500 Hz, 1.000 Hz en 2.000 Hz.
- ▶ Zichtbaar bewijs van significante cerumenophoping of een vreemd lichaam in de gehoorgang.
- ▶ Pijn of ongemak in het oor (bijv. kort geleden of momenteel een oorontsteking).

Productveiligheid



AANWIJZING

- ▶ Bescherm uw apparatuur voor extreme hitte. Stel ze niet bloot aan direct zonlicht.



AANWIJZING

- ▶ Droog uw apparatuur niet in de magnetron.



AANWIJZING

Verschillende typen krachtige straling, bijv. bij röntgen- of MRI- onderzoek van het hoofd, kan apparatuur beschadigd raken.

- ▶ Gebruik de apparatuur niet tijdens deze of vergelijkbare procedures.

Zwakkere straling, bijv. van radio-apparatuur of bij beveiliging op het vliegveld, beschadigt de apparatuur niet.



AANWIJZING

- ▶ Bescherm uw apparatuur voor hoge luchtvochtigheid. Draag ze niet onder de douche of wanneer u make-up, parfum, aftershave, haarlak of zonnebrandmiddel opdoet.



In sommige landen gelden restricties voor het gebruik van draadloze apparatuur.

- ▶ Neem contact op met de plaatselijke overheid voor meer informatie.



AANWIJZING

Uw toestel is zo ontworpen dat het voldoet aan internationale normen voor elektromagnetische compatibiliteit, maar het is mogelijk dat het interferentie veroorzaakt van elektronische apparatuur die dicht bij het toestel is geplaatst. Blijf in dat geval op enige afstand van de bron van de interferentie.



AANWIJZING

Bewaar uw toestel indien niet gebruikt in de meegeleverde doos of oplaadeenheid (indien van toepassing) en altijd buiten bereik van kinderen.

Service en garantie

Serienummers

Links:

Rechts:

Servicedatums

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantie

Datum aankoop:

Garantieperiode in maanden:

Uw audicien

 **Wettelijke fabrikant**

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Denemarken

Audio Service is een merk van WSAUD A/S

Document No. 04911-99T01-5400 NL
Order/Item No. 210 171 67
Master Rev01, 12.2021
© 01.2022, WSAUD A/S. All rights reserved


0123

www.audioservice.com